

Zjistěte známky náhlé srdeční zástavy:

☑ Nereaguje ☑ Nedýchá normálně


1 ZAPNĚTE



2 Umístěte nalepovací elektrody




3 Stiskněte tlačítko pro aplikaci výboje




STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA


1 ZAPNĚTE




2 Odhalte hrudník.V případě potřeby očistěte a osušte.



3 Otevřete šedou krabičku s elektrodami.




4 Odlepte jednotlivé elektrody.



5


Umístěte nalepovací elektrody na hrudník.




6

Analyzuji . . . Odstupte

VYČKEJTE, DOKUD NEPŘESTANE BLIKAT



7 Stiskněte blikající oranžové tlačítko pro aplikaci výboje.



8 Pro nápovědu k resuscitaci: Stiskněte blikající modré tlačítko.






KOJENEC/DÍTĚ

< 25 kg (0-8 let)





KOJENEC/DÍTĚ

Na začátku resuscitace vložte klíč.



Nalepte elektrody
na záda a hrudník.





Philips Medical Systems
Seattle, WA 98121

Copyright © 2006
Philips Electronics North American Corp

REF 989803149361

Printed in USA

013480-0002

PHILIPS